



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Липецкой области**

пл. Плеханова, 1, г. Липецк, 398050
тел./факс (4742) 27-14-82
e-mail: to48@fas.gov.ru http://lipetsk.fas.gov.ru

штамп
регистрации

№ _____

На № _____

от _____

Областное казенное учреждение
«Управление по размещению госзаказа
Липецкой области»
reception@dgo.lipetsk.ru

Государственное учреждение
здравоохранения «Лебедянская
центральная районная больница»
mrb.otdelmts@mail.ru

ООО «НЕВАРОСТМЕД»
nevarostmed@gmail.com

РЕШЕНИЕ № 048/06/106-370/2023

«03» мая 2023 года

г. Липецк

Резолютивная часть решения оглашена 03.05.2023.

Решение в полном объеме изготовлено 10.05.2023.

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области (далее – Комиссия; Комиссия Липецкого УФАС России) в составе: председатель Комиссии: И.В. Поткина – руководитель Управления; члены Комиссии: С.С. Кажушко-специалист-эксперт отдела контроля закупок и торгов, Е.В. Плещова – специалист 1 разряда отдела контроля закупок и торгов,

при участии посредством видеоконференцсвязи представителей:

- государственного учреждения здравоохранения «Лебедянская центральная районная больница»: А.Н. Байцурова (главный врач), М.В. Рыковой (по доверенности),
- областного казенного учреждения «Управление по размещению госзаказа Липецкой области»: К.А. Гришиной (по доверенности),

рассмотрев жалобу ООО «НЕВАРОСТМЕД» на положения извещения о проведении электронного аукциона № 23-ЭА1-168: медицинское изделие видеоэндоскопический комплекс для кабинета гастроскопии, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия (реестровый номер 0846500000623000171) (далее – электронный аукцион; закупка), а также другие документы (копии), представленные сторонами, заслушав мнение представителей сторон, проведя внеплановую проверку в соответствии со статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и на основании приказа Липецкого УФАС России,



2023-3893

У С Т А Н О В И Л А:

В Липецкое УФАС России посредством функционала ЕИС поступила жалоба ООО «НЕВАРОСТМЕД» (далее – заявитель) на положения извещения о проведении электронного аукциона (заказчик - государственное учреждение здравоохранения «Лебедянская центральная районная больница»).

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 105 Закона о контрактной системе и подана в срок, установленный статьей 105 Закона о контрактной системе. В связи с этим, жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению.

Сведения о времени и месте ее рассмотрения размещены Липецким УФАС России в ЕИС.

Рассмотрение жалобы назначено на 02.05.2023 в 10:40 час. В связи с возникшей необходимостью получения от сторон дополнительных доказательств в заседании Комиссии объявлен перерыв до 10:00 час. 03.05.2023.

Заявитель не направил своих представителей для участия в рассмотрении жалобы.

В жалобе заявителя указано, что описание объекта закупки составлено таким образом, что в общей совокупности всех требований соответствуют эндоскопические системы двух производителей Pentax и Olympus. Однако, имеется ряд характеристик, по которым данные производители не проходят в полном объеме, а именно по характеристикам скопов.

Представители заказчика не согласны с жалобой, представители доказательства в обоснование своей позиции.

Представитель уполномоченного учреждения считает жалобу необоснованной.

Начальная (максимальная) цена контракта – 20 939 629,20 рублей.

Объектом электронного аукциона является видеоэндоскопический комплекс для кабинета гастроскопии, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия.

В силу п. 1 ч. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе, извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В описании объекта закупки, в числе прочего, указано:

Наименование, функциональные, технические, качественные характеристики товара, единица измерения	Количество товара, значение характеристики, наличие функции или величина параметра
Эндоскопический комплекс для кабинета гастроскопии, шт. (Система эндоскопической визуализации - КТРУ – 26.60.12.119-00000374)*	1
Видеопроцессор, шт.	1
Электронный блок для подключения видеоэндоскопов: диагностические для взрослых, для детей; терапевтические; ширококанальные; двухканальные (видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы, видеобронхоскопы, ультразвуковые видеоэндоскопы)	наличие
Источник света эндоскопический, шт.	1
Осветитель с источником света мощностью, Вт	не менее 300
Тип лампы: ксеноновая	наличие
Встроенный оптический фильтр для создания узкоспектрального света	наличие
Видеогастроскоп, шт.	1
Направление обзора, град	0
Угол поля зрения в обычном режиме, град	не менее 140
Глубина резкости в обычном режиме (диапазон), мм	от не более 2 до не менее 100
Диаметр дистального конца, мм	не более 9,2
Диаметр рабочей части, мм	не более 9,0
Диаметр инструментального канала, мм	не менее 2,8
Углы изгиба дистального конца вверх/вниз, град	не менее 210/90
Углы изгиба дистального конца влево/вправо, град	не менее 100/100
Длина рабочей части, мм	не менее 1030
Общая длина, мм	не менее 1350

Заказчиком представлены доказательства того, что под указанные в описании объекта закупки характеристики подходят видеогастроскопы как минимум двух производителей: EG27-i10 (Pentax) и GIF-1100 (Olympus). Заказчиком представлены инструкции, размещенные на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) <https://roszdravnadzor.gov.ru>.

Следует отметить, что заявителем приводится иная модель видеогастроскопа Pentax - EG-2990Zi, как не соответствующая требованиям заказчика. В тоже время им указывается о соответствии описания объекта закупки видеогастроскопу EG27-i10 (Pentax).

Комиссией проанализированы все документы и сведения, представленные сторонами, и установлено, что заказчиком подтверждено, что описанные им товары соответствуют товарам двух производителей.

С учетом доказанности заказчиком факта соответствия приобретаемых товаров товарам разных производителей, описания объекта закупки по правилам ст. 33 Закона о контрактной системе, жалоба заявителя является необоснованной.

Руководствуясь статьей 99, статьей 106 Закона о контрактной системе, административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14, Комиссия Липецкого УФАС России

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «НЕВАРОСТМЕД» на положения извещения о проведении электронного аукциона № 23-ЭА1-168: медицинское изделие видеоэндоскопический комплекс для кабинета гастроскопии, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского изделия (реестровый номер 0846500000623000171) необоснованной.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

И.В. Поткина

Место для подписи:

Поткина И. В.

Члены Комиссии:

С.С. Кажушко

Место для подписи:

Кажушко С. С.

Е.В. Плещова

Место для подписи:

Плещова Е. В.