



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Волгоградской области**

ул. 7-я Гвардейская, д. 12, г. Волгоград, 400005
тел. (8442) 24-22-65, факс (8442) 24-22-76
e-mail: to34@fas.gov.ru

№ _____
На № _____ от _____

ООО «РТС-тендер»
наб. Тараса Шевченко, д. 23А, пом. 1,
г. Москва, 121151

ko@rts-tender.ru

ФБУ Центр реабилитации СФР
"Волгоград"
ул. Санаторная, д. 29, Волгоград, 400079
volgograd@rc02.sfr.gov.ru; econom@volgosa
n.ru

ИП Постовалова Ирина Константиновна
ул. Ботаническая, д.1, к. 1, кв. 5, Тюмень,
625001
ip_postovalova@mail.ru

РЕШЕНИЕ

по делу № 034/06/105-1129/2024
о нарушении законодательства о контрактной системе

08 августа 2024 года

Волгоград

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области (далее – Управление) по контролю за соблюдением законодательства о контрактной системе в составе:

Никуйко И.Б. – председатель Комиссии, заместитель руководителя Управления;

Субботин А.А. – член Комиссии, главный специалист-эксперт отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы;

Ивченко Н.И. – член Комиссии, ведущий специалист-эксперт отдела контроля государственных и муниципальных закупок, недобросовестной конкуренции и рекламы, осуществляя рассмотрение жалобы дистанционно (посредством видеоконференц-связи) с участием:

Ким О.В. – представителя ИП Постоваловой Ирины Константиновны на основании доверенности от 19.06.2024,

Трояновой Е.П. – представителя ФБУ Центр реабилитации пенсионного и социального страхования РФ «Волгоград» на основании доверенности от 12.07.2024;

Никитиной Т.О. – представителя ФБУ Центр реабилитации пенсионного и социального страхования РФ «Волгоград» на основании доверенности от 05.08.2024,

рассмотрев жалобу ИП Постоваловой Ирины Константиновны (далее – ИП Постовалова И.К.) на действия комиссии заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме «Поставка медицинского изделия (система магнитной нейростимуляции, стационарная), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие» (номер извещения 0329100024624000205),



2024-6786

УСТАНОВИЛА:

22.07.2024 на официальном сайте Единой информационной системы (далее – ЕИС) было опубликовано извещение о проведении аукциона в электронной форме «Поставка медицинского изделия (система магнитной нейростимуляции, стационарная), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие» (номер извещения 0329100024624000205). Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) 11 805 700,00 российских рублей.

Согласно доводам жалобы комиссией заказчика неправомерно принято решение о признании заявки ИП Постоваловой И.К. несоответствующей требованиям извещения, что является **нарушением** Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Комиссия установила следующее.

Согласно извещению заказчику требуется Система магнитной нейростимуляции, стационарная с характеристикой «Диаметр индуктора ≥ 70 и ≤ 89 миллиметров».

Участником закупки в составе заявки предложена характеристика товара «Стимулятор магнитный ритмический «Neuro-MSX «диаметр индуктора» «84 мм»».

На рассмотрении жалобы представители заказчика пояснили, что характеристика «диаметр индуктора» «84 мм» не соответствует требованиям извещения ввиду следующего.

«В инструкции с сайта Росздравнадзор (<https://roszdravnadzor.gov.ru/>) (№ РЗН 2021/13634 от 26.05.2023) (приложение 1) к руководству по эксплуатации «Стимулятор магнитный ритмический «Neuro-MSX» в приложении №1 «Основные технические характеристики индукторов» (табл. 3) приведены основные технические характеристики индукторов к магнитному стимулятору «Neuro-MSX», поэтому если учитывать указанную участником закупки характеристику «диаметр индуктора» «84 мм», то к этому параметру подходит 2 вида индуктора, а именно: - если брать модель индуктора «ИДУ-02-100», то согласно инструкции с сайта Росздравнадзора "длина кабеля" - 1,5м; - если рассматривать модель индуктора «ИДУ-02-100-0», то согласно инструкции с сайта Росздравнадзора "длина кабеля" - 1,5м.

Далее участник закупки указал «Длина кабеля» - «3м». Если рассматривать модели индукторов, то согласно инструкции с сайта Росздравнадзор (<https://roszdravnadzor.gov.ru/>) «длина кабеля - 3 м», соответствует модели «ИД-02-100-0/3», но диаметр индуктора в этом случае соответствует 97 мм».

Свои доводы представители заказчика подтвердили представленной инструкцией с сайта Росздравнадзор (<https://roszdravnadzor.gov.ru/>) к руководству по эксплуатации «Стимулятор магнитный ритмический «Neuro-MSX».

В настоящем случае участником закупки представлена недостоверная информация в отношении одной из характеристик.

На основании п. 8 ч. 12 ст. 48 Закона о контрактной системе при рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случае выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке.

В настоящем случае у комиссии заказчика имелись правовые основания для признания заявки ИП Постоваловой И.К. несоответствующей требованиям извещения.

Таким образом жалоба ИП Постоваловой Ирины Константиновны на действия комиссии заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме «Поставка медицинского изделия (система магнитной нейростимуляции, стационарная), ввод в эксплуатацию

медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие» (номер извещения 0329100024624000205) является необоснованной.

По результатам проведения внеплановой проверки нарушений Закона о контрактной системе не выявлено.

Руководствуясь главой 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу ИП Постоваловой Ирины Константиновны на действия комиссии заказчика при проведении открытого аукциона в электронной форме «Поставка медицинского изделия (система магнитной нейростимуляции, стационарная), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие» (номер извещения 0329100024624000205) необоснованной.

Председатель комиссии

И.Б. Никуйко

Члены комиссии:

А.А. Субботин

Н.И. Ивченко

Решение Комиссии может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в течение трех месяцев со дня его принятия.

Исп.Субботин А.А.
тел.8(8442) 24-22-64