



ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Липецкой области

пл. Плеханова, 1, г. Липецк, 398050  
тел./факс (4742) 27-14-82  
e-mail: to48@fas.gov.ru http://lipetsk.fas.gov.ru

№ \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Государственное учреждение  
здравоохранения «Центр скорой  
медицинской помощи и медицины  
катастроф Липецкой области»  
lossmp@mail.ru

Общество с ограниченной  
ответственностью «РЕГИОНАЛЬНЫЙ  
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»  
mail@rrc-trade.ru,  
sova2020stukalova@yandex.ru

## РЕШЕНИЕ №048/06/106-855/2024

24 сентября 2024 года

город Липецк

Резолютивная часть решения объявлена 24.09.2024 года.

Решение в полном объеме изготовлено 25.09.2024 года.

Комиссия Липецкого УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на территории Липецкой области в составе: председатель Комиссии: И.В. Поткина — руководитель управления, зам. председателя Комиссии: Т.Н. Ролдугина - начальник отдела контроля закупок и торгов, член Комиссии: Т.С. Рябкова — заместитель начальника отдела контроля закупок и торгов,

при участии посредством видеоконференцсвязи представителей ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области»: Дедяевой С.С. (по доверенности), Лесниковой Л.П. (по доверенности),

рассмотрев жалобу ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» на положения извещения о проведении электронного аукциона на поставку реагента (глюкоза ИВД) (реестровый номер 0346200018024000052) (далее - электронный аукцион),

### У С Т А Н О В И Л А:

В Липецкое УФАС России, посредством ЕИС, поступила жалоба ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» (далее- заявитель) на положения извещения о проведении электронного аукциона (заказчик – ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области»).

Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями статьи 105 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее также– Закон о контрактной системе) и подана в срок, установленный частью 4 статьи 105 Закона о контрактной системе. В связи с этим, жалоба была принята Липецким УФАС России к рассмотрению.



2024-8190

Сведения о времени и месте рассмотрения жалобы размещены Липецким УФАС России в ЕИС в разделе «Жалобы».

Рассмотрение жалобы осуществлялось в отсутствие представителей заявителя.

Как следует из жалобы, заказчиком в описании объекта закупки установлено требование к количеству глюкометров, несоответствующее действительной потребности заказчика.

Заказчик с доводом жалобы заявителя не согласен, представил письменные возражения.

Рассмотрев жалобу и приложенные к ней материалы, а также другие документы (копии), представленные сторонами, выслушав мнение представителей заказчика, проведя внеплановую проверку на основании Приказа Липецкого УФАС России, Комиссия Липецкого УФАС России установила следующее.

Извещение о проведении электронного аукциона на поставку реагента (глюкоза ИВД) (реестровый номер 0346200018024000052) с приложениями, размещено 12.09.2024 в ЕИС.

Дата и время окончания срока подачи заявок - 20.09.2024 09:00,

Дата проведения процедуры подачи предложений о цене контракта - 20.09.2024,

Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) - 24.09.2024.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1 370 600,00 руб.

Согласно п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе, извещение об осуществлении закупки должно содержать описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Файл «Описание объекта закупки» содержит требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие):

№	Номер КТРУ или ОКПД2	Наименование, требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара	Единица измерения товара	Количество товара
1	<u>21.20.23.110-00004459</u>	<b>Глюкоза ИВД, реагент.</b> Исполнение Тест-полоска Исследуемый материал Цельная кровь. Количество штук в упаковке $\geq 50$ и $\leq 100$ . Назначение для анализаторов OneTouch Verio	Шт.	70000

Постановлением Правительства РФ от 12.01.2023 N10 установлены особенности описания тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Постановление N10).

Согласно пп.б п.1 Постановления N10 установлены следующие особенности описания тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд и предназначенных для анализатора уровня сахара крови портативного, соответствующего кодам 300680, 300690, 344110 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (далее соответственно - тест-полоски, закупки, анализатор) в описании объекта закупки указываются возможность безвозмездной передачи заказчику новых анализаторов, совместимых с поставляемыми тест-полосками, в случае если поставщик при подаче заявки на участие в закупке предложил к поставке тест-полоски,

соответствующие показателям, указанным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", но являющиеся несовместимыми с анализатором, указанным в описании объекта закупки в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта; возможность безвозмездной передачи заказчику новых анализаторов, совместимых с поставляемыми тест-полосками, в случае если поставщик при подаче заявки на участие в закупке предложил к поставке тест-полоски, соответствующие показателям, указанным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", но являющиеся несовместимыми с анализатором, указанным в описании объекта закупки в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта; количество анализаторов, подлежащих безвозмездной передаче заказчику поставщиком в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего подпункта, соответствующее количеству пациентов, для обеспечения которых осуществляется закупка тест-полосок.

Во исполнение вышеуказанных положений Постановления N10, в данном описании объекта закупки заказчиком установлено требование:

«В случае, если поставщик при подаче заявки на участие в закупке предложил к поставке тест-полоски, соответствующие показателям, указанным в описании объекта закупки, но являющиеся несовместимыми с анализатором, указанным в описании объекта закупки, при поставке тест полосок необходимо предусмотреть безвозмездную передачу глюкометров, совместимых с поставляемыми тест полосками в количестве 22250 глюкометров (анализаторов)».

Представитель заказчика пояснил, что количество 22 250 глюкометров (анализаторов) определено заказчиком, исходя из среднего количества пациентов скорой медицинской помощи - не менее 7 000 человек, а также количества затрачиваемых тест-полосок — 3-4 штуки на одного пациента. При этом, машины скорой помощи оснащены сумками-укладками в количестве 100-150 шт.

На заседании Комиссии Липецкого УФАС России представители заказчика пояснили, что рассматриваемая закупка проводится с учетом положений Постановления N10 для анализаторов OneTouch Verio, которые являются многопользовательскими.

Установлено, что все глюкометры (индивидуальные, многопользовательские) являются изделиями многоразового (многократного) использования, но только при их использовании в соответствии с эксплуатационной документацией. Это означает, что индивидуальный глюкометр может как однократно, так и многократно использоваться у одного и того же пациента медицинским работником, но использовать этот же анализатор у другого пациента запрещено в целях обеспечения безопасности и профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.

Учитывая вышеизложенное установлено, что 22 250 глюкометров (анализаторов), подлежащих безвозмездной передаче заказчику поставщиком в случае, если последний при подаче заявки на участие в закупке предложил к поставке тест-полоски, являющиеся несовместимыми с анализатором, указанным в описании объекта закупки, не соответствует предполагаемому заказчиком количеству пациентов - не менее 7000 человек при условии того, что машины скорой помощи заказчика оснащены сумками-укладками общим количеством 100-150 шт. и глюкометры (индивидуальные, многопользовательские) являются изделиями многоразового (многократного) использования.

Таким образом, количество глюкометров (анализаторов) к безвозмездной передаче при поставке тест-полосок не совместимых с анализатором (глюкометром) OneTouch Verio

установлено заказчиком необоснованно, без учета требований пп.б п.1 Постановления N10 и не носит объективный характер. Доказательств обратного заказчиком на рассмотрение жалобы не представлено.

Учитывая изложенное, Комиссия Липецкого УФАС России приходит к выводу, что вышеуказанные действия заказчика нарушают п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.1 ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст.99, ст.105, ст.106 Закона о контрактной системе, Комиссия Липецкого УФАС России

#### Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» на положения извещения о проведении электронного аукциона на поставку реагента (глюкоза ИВД) (реестровый номер 0346200018024000052) обоснованной.

2. В действиях заказчика установлено нарушение п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе.

3. Выдать предписание об устранении выявленного нарушения Закона о контрактной системе.

4. Передать материалы жалобы должностному лицу Липецкого УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

И.В. Поткина

Зам. председателя  
Комиссии:

Т.Н. Ролдугина

Член Комиссии:

Т.С. Рябкова