



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ  
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА**

**УПРАВЛЕНИЕ  
Федеральной антимонопольной службы  
по Ставропольскому краю**

ул. Ленина, 384, г. Ставрополь, 355003  
тел. (8652) 35-51-19, факс (8652) 35-51-19  
e-mail: to26@fas.gov.ru

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Решение 2333

ГБУЗ СК "Кисловодская городская  
больница"  
357700, Ставропольский край, г.  
Кисловодск, ул. Кутузова, д. 127  
kgbzakupki@mail.ru

Комитет Ставропольского края по  
государственным закупкам  
355006 Ставропольский край, г.  
Ставрополь, пр. К.Маркса, д. 63  
info@stav-zakupki.ru

ООО "Меги-Трейд"  
450095, г. Уфа, ул. Глазовская, 1, к. 1,  
каб. 1  
megitrade@megi.ru

**РЕШЕНИЕ**

по делу № 026/06/106-2333/2024  
о нарушении законодательства о закупках

25.09.2024 года

г. Ставрополь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по  
Ставропольскому краю по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии, Заместителя руководителя Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Ставропольскому краю Золиной Г.В.,

Членов Комиссии:

ведущего специалиста-эксперта контроля закупок Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Ставропольскому краю Карпель Б.Ш.

специалиста-эксперта отдела контроля закупок Управления Федеральной  
антимонопольной службы по Ставропольскому краю Калиниченко В.Р.

В присутствии представителя:

от Заказчика- Ключкову Е.В.

от Заявителя - Райхинштейн Ю.Я.

от Уполномоченного органа- Головейко Н.С.

**УСТАНОВИЛ**

В Ставропольское УФАС России поступила жалоба ООО "Меги-Трейд" на  
действия заказчика – ГБУЗ СК "Кисловодская городская больница" по факту



2024-14085

осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 0121200004724001234 «Поставка медицинского оборудования, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского оборудования для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская городская больница».

Заявитель указывает, что Заказчиком в извещении допущены существенные нарушения, которые не позволяют участникам закупки однозначно определить потребность заказчика.

Комиссия, рассмотрев доводы жалобы, проанализировав имеющиеся в деле документы, проведя в соответствии со ст. 99 Закона внеплановую проверку закупки установила следующее:

11.09.2024 г. уполномоченным органом согласно порядка взаимодействия с заказчиком в ЕИС было размещено извещение о проведении открытого электронного аукциона № 0121200004724001234 «Поставка медицинского оборудования, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского оборудования для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская городская больница».

НМЦК 7736402,31 руб.

Согласно извещению заказчику необходимо Кровать больничная Идентификатор: 160763376.

На заседании комиссии представитель заявителя пояснил, что ими 12.09.2024 г. был направлен запрос о даче разъяснений, в связи с выявленными нарушениями в извещении вышеуказанной закупки.

Так в своем запросе о даче разъяснений, податель жалобы указал следующее:

«В документации по извещению № 0121200004724001234 к поставке требуется Кровать больничная, имеющая следующие характеристики:»

Опубликованное ТЗ:			Запрос
Бедренная секция обладает возможностью электрической регулировки угла наклона при помощи электрического привода, максимальный угол наклона бедренной секции, градус	$\leq 35$		При указании конкретного значения характеристики под диапазон $\leq 35$ попадают в том числе значения и 5, и 10 градусов - это маленький угол регулировки секции, не позволяющий разместить пациента в требуемом положении. Кроме того, большинство производителей функциональных кроватей имеют регулировку бедренной секции 45 градусов, такой угол будет являться

			улучшающей характеристикой для Заказчика. Просим рассмотреть возможность внесения изменения в документацию и изложить: $\geq 35$
Бедренная секция обладает возможностью электрической регулировки угла наклона при помощи электрического привода, максимальный угол наклона бедренной секции , градус	$\leq 25$		Данная характеристика противоречит предыдущей, возможно, она продублирована ошибочно? Просим исключить данную характеристику

В своем ответе на вышеуказанный запрос Заказчик указал что допущена техническая ошибка, в связи с которой в извещение будут внесены изменения.

Однако, согласно доводам жалобы, изменения внесены не были, следовательно описание объекта закупки составлено с нарушениями Закона 44 ФЗ.

Комиссия Ставропольского УФАС России приходит к выводу о не обоснованности жалобы в виду следующего:

в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 42 Закона о контрактной системе Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом, предусмотренным частью 5 настоящей статьи, вправе внести изменения в извещение об осуществлении закупки, которые формируются с использованием единой информационной системы, подписываются усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещаются в единой информационной системе, не позднее чем за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Изменение наименования объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не допускаются. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы со дня, следующего за днем размещения таких изменений, до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке данный срок составлял: при проведении электронных конкурсов - не менее десяти дней.

Вместе с тем, согласно представленным материалам дела и данным с сайта Единой информационной системы Заказчиком было размещено изменение извещения о проведении электронного аукциона от 16.09.2024 №ИИ1, согласно которому позиция «Бедренная секция обладает возможностью электрической регулировки угла наклона при помощи электрического привода, максимальный угол наклона бедренной секции , градус  $\leq 25$ » была исключена из описания объекта

закупки.

Остальные доводы не нашли своего подтверждения и являются необоснованными.

Доводы участвующих лиц, приведенные в ходе рассмотрения дела, в письменной либо устной форме, не нашедшие отражения в настоящем решении, не могли повлиять на изложенные выводы в принятом решении.

Комиссия, руководствуясь ст. 99, ст. 105 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

**Р Е Ш И Л А :**

1. Признать жалобу ООО "Меги-Трейд" на действия заказчика – ГБУЗ СК "Кисловодская городская больница" по факту осуществления закупки путем проведения открытого аукциона в электронной форме № 0121200004724001234 «Поставка медицинского оборудования, ввод в эксплуатацию медицинского оборудования, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинского оборудования для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Кисловодская городская больница» - необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии

Г.В. Золина

Члены комиссии:

Б.Ш.Карпель

В.Р.Калиниченко

Исп.Калиниченко В.Р.  
тел.8(8652) 35-28-07, вн.026-140