ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

по г. Москве

Мясницкий проезд, д.4, стр. 1
107078, г. Москва,
тел. (495) 784-75-05, факс (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, e-mail: to77@fas.gov.ru

20.05.2026 № 21573/26

На № _____ от _____

ФГБУ ФНКЦ ФМБА России
procurement@fnkc-fmba.ru

ООО «Спортивные технологии»
Sport_technologies@bk.ru

АО«ЕЭТП»
ko@roseltorg.ru

РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/105-6201/2026 о нарушении законодательства о контрактной системе

15.05.2026 **г. Москва**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Управления) в составе:

Председательствующего – главного специалиста эксперта отдела обжалования государственных закупок Е.Д. Мартьяновой,

Члены Комиссии:

Главного специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок М.О. Мацневой,

Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок Е.С. Переверзевой,

рассмотрение жалобы проводилось дистанционно (посредством видеоконференцсвязи),

при участии представителей ФГБУ ФНКЦ ФМБА России: Е.В. Пожидаевой (по доверенности № 1-260515 от 15.05.2026), А.И. Минец (по доверенности № 2-260515 от 15.05.2026), Т.А. Марченко (по доверенности № 1-260420 от 20.04.2026), М.А.Сидоровой (по доверенности № 2-250904 от 04.09.2025);

в отсутствии представителей ООО «Спортивные технологии», о времени и порядке заседания Комиссии Управления уведомленных надлежащим образом посредством размещения информации в Единой информационной системе,

рассмотрев жалобу ООО «Спортивные технологии» (далее — Заявитель) на действия ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (далее — Заказчик) при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку медицинских изделий (Закупка№ 0373100037226000390) (далее — аукцион), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении указанного электронного аукциона.

В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и сведения, Комиссия Управления установила следующее.

Заявитель обжалует действия комиссии Заказчика, выразившиеся в неправомерном отклонении заявки Заявителя.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 04.05.2026 №ИЭА1 заявка Заявителя (идентификационный номер заявки 3157776) отклонена на следующем основании:

«*Отклонить заявку на участие в закупке по п.8 ч.12 ст.48 №44-ФЗ «Выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке» а именно в заявке участника содержится недостоверная информация. Объектом закупки являются позиции 1.,2.,3.,4. Клинок для ларингоскопа, многоразового использования; 5. Сменная лампа для клинков; 6. Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования, участник в заявке предлагает «Набор оториноларингологический, с принадлежностями: Ларингоскоп Макинтоша, Пакистан». В соответствии с п.4 ст.38 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 28.04.2023) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и медицинских изделий, прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза. В порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти осуществляет ведение государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей) (далее – Реестр), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, и размещает его на своем официальном сайте в сети "Интернет". В составе заявки участником приложено регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/09392. По информации с сайта https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch регистрационному удостоверению №ФСЗ 2011/09392 соответствует следующее медицинское изделие: «Наборы оториноларингологические, с принадлежностями (см. Приложение на 1 листе) I. Наборы оториноларингологические: 1. Универсальный набор (Universal set). 2. Набор приспособлений для контрольной аускультации при продувании ушей (Otoscope set). II. Принадлежности: 1. Воздуховод Коннеля (Connell). 2. Воздуховод Мейджиля (Magill). 3. Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh). 4. Ларингоскоп Негуса (Negus). 5. Риноскоп Вьена (Vienna). 6. Риноскоп Киллиана (Killian). 7. Риноскоп Тудичум (Thudichum). 8. Риноскоп Сент-Клер-Томсона (St-Clair-Thomson). 9. Риноскоп Волтони (Voltoni). 10. Риноскоп Янкауера (Yankauer). 11. Бикс Шиммельбуша (Schimmelbusch). 12. Поднос для инструментов с крышкой*

(Instruments Tray w/cover). 13. Неэлектрический стерилизатор (Non Electric Sterilizer). 14. Инструментальная коробка с замком (Instruments Box w/lock). 15. Поднос почковидный (Kindey Tray)». МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ Код вида Наименование модели 146830 1. Универсальный набор (Universal set). 146830 2. Набор приспособлений для контрольной аускультации при продувании ушей (Otoscope set). В соответствии с номенклатурной классификацией, утвержденной Приказом Минздрава России от 06.06.2012 N 4н (ред. от 07.07.2020) "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий" предлагаемый участником товар является Комплектом для ЛОР диагностики, по функциональному назначению не соответствующий требованиям Описания объекта закупки. Таким образом, участником предоставлены недостоверные сведения в отношении предлагаемого им товара. В соответствии с письмом Росздравнадзора от 05.02.2016 № 09-С-571-1414 возможность эксплуатации медицинского оборудования одного производителя совместно с принадлежностями другого производителя определяется производителем медицинского оборудования. Совместное применение таких изделий без проведенных экспертиз на совместимость может привести к причинению вреда жизни, здоровью граждан и медицинских работников.».

На основании п.1, п.3 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержат электронные документы с описанием объекта закупки в соответствии со ст.33 Закона о контрактной системе, а также с требованиями к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с Законом о контрактной системе и инструкцией по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;

В соответствии с п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

Согласно ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

Комиссией Управления установлено, что Заказчиком в описании объекта закупки установлены, в том числе следующие требования к закупаемым медицинским изделиям:

п. 1 Клинок для ларингоскопа, многоразового использования, КТРУ 32.50.13.190-00007688;

п. 2 Клинок для ларингоскопа, многоразового использования, КТРУ 32.50.13.190-00007688;

п. 3 Клинок для ларингоскопа, многоразового использования, КТРУ 32.50.13.190-00007688;

п. 4 Клинок для ларингоскопа, многоразового использования, КТРУ 32.50.13.190-00007688;

п. 5 Сменная лампа для клинков, ОКПД2 32.50.13.190;

п. 6 Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования, КТРУ 32.50.13.190-00007697.

В силу п.2 ч.1 ст.43 Закона о контрактной системе заявка должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки:

а) с учетом положений ч.2 на ст.43 Закона о контрактной системе характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью : статьи 33 Закона о контрактной системе, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);

б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений ч.2 ст.43 Закона о контрактной системе;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если Законом о контрактной системе предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) с учетом положений ч.2 ст.43 Закона о контрактной системе предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 Закона о контрактной системе (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке.

Кроме того Комиссия Управления отмечает, что в файле «Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке», размещенном в составе извещения, Заказчиком установлено, что заявка участника должна содержать, в том числе: Участник в составе заявки предоставляет один из указанных ниже документов и/или сведений в отношении каждого предложенного к поставке

медицинского изделия:

- Участник в составе заявки предоставляет один из указанных ниже документов и/или сведений в отношении каждого предложенного к поставке медицинского изделия:

- Копию регистрационного удостоверения на Товар (на медицинское изделие).

На заседании Комиссии Управления установлено, что в составе заявки Заявителя указана, в том числе следующая информация:

п. 1 Клинок для ларингоскопа, многоразового использования: Наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением: Наборы оториноларингологические, с принадлежностями: Принадлежности: 3. Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh);

п. 2 Клинок для ларингоскопа, многоразового использования: Наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением: Наборы оториноларингологические, с принадлежностями: Принадлежности: 3. Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh);

п. 3 Клинок для ларингоскопа, многоразового использования: Наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением: Наборы оториноларингологические, с принадлежностями: Принадлежности: 3. Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh);

п. 4 Клинок для ларингоскопа, многоразового использования: Наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением: Наборы оториноларингологические, с принадлежностями: Принадлежности: 3. Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh);

п. 5 Сменная лампа для клинков: Наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением: Наборы оториноларингологические, с принадлежностями: Принадлежности: 3. Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh);

п. 6 Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования: Наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением: Наборы оториноларингологические, с принадлежностями: Принадлежности: 3. Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh).

Также Заявителем в составе заявки по вышеуказанным позициям приложено регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09392 от 28.10.2025 на медицинское изделие, производителя «Khokhar International/Кокар Интернешнл», Исламская Республика Пакистан:

Наборы оториноларингологические, с принадлежностями

В составе:

1. Универсальный набор (Universal set).

2. Набор приспособлений для контрольной аускультации при продувании ушей (Otoscope set).

Принадлежности: 1. Воздуховод Коннеля (Connell). 2. Воздуховод Мейджиля (Magill). 3. Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh). 4. Ларингоскоп Негуса (Negus). 5. Риноскоп Вьена (Vienna). 6. Риноскоп Киллиана (Killian). 7. Риноскоп Тудичум (Thudichum). 8. Риноскоп Сент-Клер-Томсона (St-Clair-Thomson). 9. Риноскоп Волтони (Voltoni). 10. Риноскоп Янкауера (Yankauer). 11. Бикс Шиммельбуша

(Schimmelbusch). 12. Поднос для инструментов с крышкой (Instruments Tray w/cover). 13. Неэлектрический стерилизатор (Non Electric Sterilizer). 14. Инструментальная коробка с замком (Instruments Box w/lock). 15. Поднос почковидный (Kindey Tray).

Комиссия Управления отмечает, что в силу ч.4 ст.38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ (далее — Закон об основах охраны здоровья граждан), на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и медицинских изделий, прошедших регистрацию в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

П.1 Постановления Правительства РФ от 30.11.2024 №1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» (далее — Постановление №1684) утверждены Правила государственной регистрации медицинских изделий (далее — Правила).

В соответствии с п.2 Правил государственной регистрации подлежат любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем (изготовителем) для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

Согласно п.25 Правил факт государственной регистрации медицинского изделия в соответствии с Правилами подтверждается реестровой записью, вносимой регистрирующим органом в государственный реестр (далее - реестровая запись).

Вместе с этим п.2 Постановления №1684 определено, что государственная регистрация медицинских изделий, в том числе государственная регистрация медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения, в отношении которых установлены особенности государственной регистрации, внесение изменений в документы, содержащиеся в регистрационных досье на медицинские изделия, заявления о которых представлены в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения до дня вступления в силу настоящего постановления, осуществляются в соответствии с требованиями правил государственной регистрации медицинских изделий, действовавших до дня вступления в силу Постановления №1684.

Регистрационные удостоверения, выданные на медицинские изделия, прошедшие государственную регистрацию на основании заявления, представленного в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения до

дня вступления в силу Правил, утвержденных Постановлением №1684, действуют до внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестровой записи государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» утверждены правила государственной регистрации медицинских изделий (далее — Правила от 27.12.2012), действующие до дня вступления в силу Постановления №1684.

П.6 Правил от 27.12.2012 установлено, что документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

С учетом вышеизложенного, действующим законодательством предусмотрено, что обязательным документом или сведениями, подтверждающими возможность оборота на территории Российской Федерации медицинского изделия, за исключением случаев прямо предусмотренных законом, являются сведения о реестровой записи медицинского изделия, а также регистрационное удостоверение, выданное до дня вступления в силу Постановления №1684, в соответствии с Правилами от 27.12.2012.

Вместе с этим Комиссия Управления отмечает.

П.4 Правил в том числе установлено, что «эксплуатационная документация производителя (изготовителя) медицинского изделия» - это документ (документы), предназначенный для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, регламентирующий условия и правила эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение и транспортировка), гарантированные производителем (изготовителем) значения основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия, гарантийные обязательства, а также сведения о его утилизации или уничтожении.

Согласно ч.11 ст.48 Закона об основах охраны здоровья граждан в государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, вносятся следующие сведения:

1) наименование медицинского изделия;

2) дата государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационный номер, срок действия регистрационного удостоверения;

3) назначение медицинского изделия, установленное производителем;

4) вид медицинского изделия;

5) класс потенциального риска применения медицинского изделия;

6) код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности;

7) наименование и место нахождения юридического лица - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия или фамилия, имя и (если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя - уполномоченного представителя

производителя (изготовителя) медицинского изделия;

8) наименование и место нахождения организации - производителя (изготовителя) медицинского изделия или фамилия, имя и (если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя - производителя (изготовителя) медицинского изделия;

9) адрес места производства или изготовления медицинского изделия;

10) сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях;

11) иные сведения, определяемые Правительством Российской Федерации.

В силу пп.«н» п.6 Правил ведения государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее - Правила ведения государственного реестра медицинских изделий), утвержденных п.1 Постановления Правительства РФ от 30.09.2021 №1650 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, о внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее - Правил ведения государственного реестра медицинских изделий) содержит электронный образ эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие.

Таким образом, руководство по эксплуатации медицинского изделия и инструкция по применению входят в состав регистрационного досье и представляется в числе обязательных документов при регистрации медицинского изделия.

На основании изложенного, Комиссия Управления считает, что информация, размещенная на сайте Росздравнадзора, в том числе, руководство по эксплуатации, инструкция по использованию медицинского изделия, является актуальной и обладает юридической силой, следовательно медицинское изделие должно полностью соответствовать инструкции по применению или руководству по эксплуатации, размещенных на официальном сайте Росздравнадзора.

В силу ч. 4 ст. 106 Закона о контрактной системе на заседании в составе жалобы Заявителем не представлено документов и сведений, свидетельствующих об ограничении количества участников закупки и о нарушении Заказчиком норм законодательства о контрактной системе, ввиду чего у Комиссии Управления отсутствуют правовые основания для признания Заказчика нарушившим требования Закона о контрактной системе.

В составе жалобы Заявитель указывает, что к поставке предложен «Набор

оториноларингологический, с принадлежностями: Ларингоскоп Макинтоша, Пакистан», при этом приложено регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09392 от 30.03.2011, которое, согласно данным Росздравнадзора, распространяется на наборы оториноларингологические, включая ларингоскоп Макинтоша.

Согласно ч.1 ст.106 Закона о контрактной системе лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу, участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.

На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика не согласившись с доводами жалобы пояснил, что Набор оториноларингологический с принадлежностями Ларингоскоп Макинтоша, Пакистан (регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09392), предложенный Заявителем к поставке, ни в инструкции на товар, ни в регистрационном удостоверении сведений о наличии в составе комплекта клинков, рукоятей и сменных ламп для клинков не имеет.

Заказчик в извещении о закупке определил, в частности, следующие обязательные характеристики: для клинков ларингоскопа (позиции 1–4): тип клинка – Макинтош, форма – изогнутая, материал – нержавеющая сталь, - для позиций 1–2 – тип освещения – фиброоптический световод (съемный), для позиций 3–4 – вакуумная лампа, лезвие – с горизонтальным утолщением (атравматическое исполнение), возможность автоклавирования при температуре до 134°С.

Аналогичные детальные требования предъявлены к рукоятке ларингоскопа (позиция 6) и к сменной лампе (позиция 5).

Соответствие предлагаемого к поставке товара должно быть подтверждено. Заказчиком была изучена инструкция на товар и регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09392, и установлено отсутствие указания на то, что данный товар имеет фиброоптический световод (или вакуумную лампу требуемого типа), съемную оптику, оснащение атравматическим лезвием и способность выдерживать автоклавирование при 134°С. Таким образом, соответствие товара требованиям извещения опровергается непосредственно инструкцией и регистрационным удостоверением.

Также представитель Заказчика пояснил, что объект закупки Заказчика – клинок для ларингоскопа многоразовый – имеет код вида медицинского изделия 230150, а рукоятка для ларингоскопа многоразовая – код 230080. Эти коды соответствуют отдельным инструментам для ларингоскопии и установлены соответствующими кодами позиции КТРУ:

- 32.50.13.190-00007688 «Клинок для ларингоскопа, многоразового использования», с описанием: «Сегмент ларингоскопа (т.е. жесткого типа интубации) предназначен для введения в полость рта для манипуляции с языком, предотвращая перекрытие ротоглотки, и обеспечивает четкий обзор трахеи для введения эндотрахеальной трубки перед доставкой ингаляционной анестезии и / или вентиляцией. Он соединен с рукояткой ларингоскопа, подсветка дыхательных путей обеспечивается с помощью небольшой встроенной лампочки или оптоволоконного освещения. Это устройство может быть изогнутым или прямым,

различной конструкции и длины; может быть с прикрепленной/ сменной рукояткой. Некоторые виды совместимы с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Это устройство многоразового использования.»;

- 32.50.13.190-00007697 «Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования», с описанием: «Ручной сегмент ларингоскопа (неэндоскопический жесткого типа) используется для манипулирования клинком ларингоскопа во время доступа к дыхательным путям и интубации. Это цилиндрическое устройство, содержащее батареи/светоизлучающие элементы, которые передают энергию/свет к осветителю ларингоскопа (например, небольшой электрической лампочке, оптическим волокнам), и может совмещаться с различными клинками. Она доступна в различных размерах и может использоваться совместно с магнитно-резонансной томографией (МРТ). Устройство многоразового использования».

Предложенное же Заявителем медицинское изделие, зарегистрированное Регистрационным удостоверением ФСЗ 2011/09392, имеет код вида 146830 («Набор для ЛОР диагностики»), что соответствует коду КТРУ 32.50.50.190-00000214, и имеет функциональное назначение: «для проведения профилактических осмотров, лечебных процедур, взятия проб на анализ при обследовании лор-органов в условиях поликлиник, стационаров и других медицинских учреждений» и следующее описание: «Набор работающих от батареи изделий, предназначенных для использования врачом для проведения клинического оториноларингологического (ЛОР) обследования пациента. Изделия, как правило, помещены в специальный футляр; в набор может входить офтальмоскоп, отоскоп, специальная сменная ручка с батареями, которые могут перезаряжаться и использоваться для всех изделий для обследования, различные приспособления (например, ушная воронка, зеркала, шпатели для языка), запасные части (например, лампочки), также в набор может входить работающая от сети станция (например, настольная, устанавливая на стене) для размещения/зарядки этих изделий. Это изделие, пригодное для многоразового использования, которое может содержать некоторые одноразовые изделия.».

Данный набор не является отдельным клинком или рукояткой ларингоскопа, а представляет собой комплекс диагностических инструментов иного медицинского назначения.

При этом Комиссия Управления не может согласиться с пояснениями представителя Заказчика на основании следующего.

Комиссия Управления отмечает, что согласно протоколу подведения итогов причиной отклонения заявки Заявителя является то, что предлагаемый участником товар является Комплектом для ЛОР диагностики, по функциональному назначению не соответствующий требованиям Описания объекта закупки.

Вместе с тем Комиссия Управления отмечает, что в составе заявки Заявителя предлагается по п. «Клинок для ларингоскопа, многоразового использования», «Сменная лампа для клинков», «Рукоятка для ларингоскопа, многоразового использования» к поставке товар «Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh)», по регистрационному удостоверению № ФСЗ 2011/09392 на «Наборы оториноларингологические, с принадлежностями».

Кроме того, представитель Заказчика ссылается на код НКМИ 146830, под которым зарегистрировано вышеуказанное регистрационное удостоверение, которое, в свою очередь, распространяется на «Комплект для ЛОР диагностики: Набор работающих от батареи изделий, предназначенных для использования врачом для проведения клинического оториноларингологического (ЛОР) обследования пациента. Изделия, как правило, помещены в специальный футляр; в набор может входить офтальмоскоп, отоскоп, специальная сменная ручка с батареями, которые могут перезаряжаться и использоваться для всех изделий для обследования, различные приспособления (например, ушная воронка, зеркала, шпатели для языка), запасные части (например, лампочки), также в набор может входить работающая от сети станция (например, настольная, устанавливая на стене) для размещения/зарядки этих изделий. Это изделие, пригодное для многоразового использования, в состав которого могут входить некоторые одноразовые изделия».

Таким образом, из представленных сведений и документов не представляется возможным прийти к выводу о том, что предлагаемое к поставке Заявителем изделие «Ларингоскоп Макинтоша (McIntosh)» не соответствует требованиям Описания объекта закупки по функциональному назначению.

Под недостоверными сведениями следует понимать сведения, не соответствующие действительности. В свою очередь, исходя из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлении от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», под не соответствующими действительности сведениями понимаются утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся оспариваемые сведения (п. 7).

Кроме того, предоставленное комиссии по осуществлению закупок право отклонить поданную заявку в случае обнаружения в ней недостоверных сведений свидетельствует о том, что располагать такой информацией комиссия по осуществлению закупок Заказчика должна непосредственно на момент принятия соответствующего решения, причем располагать именно доказательствами такой недостоверности, но не руководствоваться предположениями.

Вместе с этим, как следует из материалов дела, каких-либо оснований сомневаться в достоверности представленных в них сведений в контексте ч. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) (в силу которой добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются) у комиссии по осуществлению закупок Заказчика не имелось, неопровержимыми доказательствами недостоверности таких сведений, на момент рассмотрения заявки участника закупки, последняя не располагала.

На заседании Комиссии Управления представителем Заказчика не представлено документов и сведений, например, писем производителя, указывающих на неопровержимое несоответствие поставляемого товара Заявителем в составе заявки требованиям извещения, в частности что медицинское изделие, предложенное Заявителем к поставке не соответствует по функциональному назначению.

При этом, у комиссии Заказчика отсутствовала какая-либо информация, подтверждающая предоставление недостоверной информации в отношении предлагаемого Заявителем к поставке товара, так как из наличия сведений в составе регистрационного удостоверения №ФСЗ 2011/09392 от 28.10.2025 невозможно сделать вывод о несоответствии предлагаемого товара установленным требованиям описания объекта закупки.

Комиссия Управления отмечает, что отсутствие сведений в составе регистрационного удостоверения №ФСЗ 2011/09392 от 28.10.2025 на сайте реестра медицинских изделий Росздравнадзора не свидетельствует об отсутствии данных параметров у медицинского изделия.

На основании вышеизложенного Комиссия Управления приходит к выводу, что у комиссии по осуществлению закупок Заказчика, на момент рассмотрения заявки Заявителя, отсутствовали документы и сведения, подтверждающие факт представления участником закупки недостоверных сведений в составе заявки на участие в закупке, в связи с чем у комиссии по осуществлению закупок Заказчика отсутствовали правовые основания к отклонению заявки Заявителя, в рамках информации, указанной в протоколе подведения итогов.

В силу пп. «а» п.1 ч.5 ст.49 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Закона о контрактной системе, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе.

Согласно ч.12 ст.48 Закона о контрактной системе при рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) участником закупки оператору электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 6 ст.43 Закона о контрактной системе), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных п. 2 и 3 ч. 6 ст.43 Закона о контрактной системе, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона о контрактной системе, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с ч. 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) ст. 31 Закона о контрактной системе;

4) предусмотренных пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5 ч. 12), пп. «а» п. 2 ч. 4, пп. «а» п. 1 (за исключением случая, предусмотренного п. 5 ч. 12), п. 2 ч. 5 ст. 14 Закона о контрактной системе;

5) непредставления информации и документов, предусмотренных п. 5 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе, если такие информация и документы определены в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 14 Закона о контрактной системе (в случае установления в соответствии с пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 14 Закона о контрактной системе в извещении об осуществлении закупки запрета закупок товара, происходящего из иностранного государства);

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным п. 4 ст. 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;

7) предусмотренных ч.6 ст. 45 Закона о контрактной системе;

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке;

9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном п. 3 или п. 4 ч. 1 ст. 43 Закона о контрактной системе.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что решение комиссии Заказчика об отклонении заявки Заявителя по основанию, указанному в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), является неправомерным и нарушает положения пп. «а» п.1 ч.5 ст.49 Закона о контрактной системе, что содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 7 ст. 7.30.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь Законом о контрактной системе, Комиссия Управления

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО «Спортивные технологии» на действия комиссии ФГБУ ФНКЦ ФМБА России обоснованной.

2. Признать в действиях комиссии Заказчика нарушение пп. «а» п.1 ч.5 ст.49 Закона о контрактной системе.

3. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.

4.Передать материалы дела соответствующему должностному лицу Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленным гл. 24 АПК РФ.

Председательствующий — Е.Д. Мартьянова

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: **МАРТЬЯНОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА**
Сертификат № 00EA3D636CED58A70F15417FA130B2F6CB
Действителен с 20.04.2026 по 14.07.2027

Члены комиссии: — М.О. Мацнева

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: **Мацнева Мария Олеговна**
Сертификат № 00FDA1C988AAB27A9A34756B8D5F1D853A
Действителен с 22.07.2025 по 15.10.2026

Е.С. Переверзева

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: **ПЕРЕВЕРЗЕВА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА**
Сертификат № 00FFF3ACD3A01A73F4C680C3941E3CA026
Действителен с 11.12.2025 по 06.03.2027

Исп.Мацнева М.О.
тел.8(495)784-75-05