

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной
службы
по Республике Адыгея

ул. Ленина, 40, г. Майкоп, 385000
тел. (8772) 57-05-22
e-mail: to01@fas.gov.ru

20.05.2026 № АЖ/1067/26

На № _____ от _____



МОНОПОЛИЕМ ПЭШІУЕКІОРЕ
ФЕДЕРАЛЬНЭ КЪУЛЫКЪУР

Монополием пэшІуекІорэ
Федеральнэ къулыкъум
Адыгэ РеспублкэмкІэ и
ГъэІорышІапІ

Лениным иур.. 40, къ. Мыекъуапэ, 385000
тел./факс: (8772) 57-05-22
e-mail: to01@fas.gov.ru

ООО «АПГРЕЙТ»
asd456wsx96@yandex.ru

ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ»
zakupki-krasrb@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

по делу №001/06/105-197/2026
об итогах рассмотрения жалобы

20.05.2026

г. Майкоп

Резолютивная часть оглашена: 15.05.2026

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия УФАС) в составе: председателя Комиссии УФАС – Жукова А.Г., заместителя руководителя; членов Комиссии УФАС: Блягоза Р.Х., начальника отдела контроля закупок, Клюкиной Н.А., главного специалиста-эксперта отдела контроля закупок, с участием представителя ООО «АПГРЕЙТ» (далее – Заявитель) Барабанова Д.А. (доверенность от 13.05.2026), рассмотрев жалобу Заявителя на положения извещения запроса котировок в электронной форме №0376200013326000090 на поставку Медицинского оборудования (стерилизатор плазменный) в рамках федерального проекта "Охрана материнства и детства" национального проекта "Семья" (национальный проект «Семья») (далее – Запрос котировок, Извещение), проведя внеплановую проверку на основании пункта 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),



2026-1142

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея (далее – Адыгейское УФАС России) 07.05.2026 поступила жалоба Заявителя, в которой указано следующее:

«Заказчиком установлено ограничение допуска товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1875.

При этом анализ реестра российской промышленной продукции (Минпромторг России) показывает, что плазменные стерилизаторы, включённые в реестр, не соответствуют требованиям технического задания, установленного Заказчиком.

Следовательно, фактически отсутствуют товары российского происхождения, соответствующие заявленным характеристикам.

В такой ситуации подлежит применению пункт 7 Постановления №1875, в соответствии с которым Заказчик обязан разместить уведомление в Минпромторг России о невозможности соблюдения ограничений национального режима.

Однако указанное уведомление Заказчиком не размещено.

Дополнительно, в силу части 1.1 статьи 33 Федеральный закон № 44-ФЗ при установлении ограничений допуска описание объекта закупки должно формироваться с использованием характеристик товаров российского происхождения.

Между тем Заказчик:

- не использовал характеристики реестровых товаров;
- установил требования, которым не соответствует ни один товар из реестра Минпромторга.

Таким образом, Заказчик одновременно:

- установил ограничение для иностранных товаров;
- не выполнил обязанность по размещению уведомления в Минпромторг.

Указанные действия нарушают пункт 7 Постановления № 1875 и часть 1.1 статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ и свидетельствуют о неправомерном применении национального режима».

На основании вышеизложенного Заявитель просит: признать жалобу обоснованной и установить, что положения извещения №0376200013326000090 включая описание объекта закупки, нарушают требования Закона о контрактной системе; выдать предписание об устранении выявленных нарушений; приостановить определение поставщика до рассмотрения жалобы по существу; провести внеплановую проверку закупки в пределах полномочий антимонопольного органа в связи с доводами настоящей жалобы; истребовать у оператора электронной площадки заявки участников закупки и исследовать в ходе заседания комиссии сведения о предложенном к поставке товаре, его характеристиках и регистрационных удостоверениях.

Также в составе жалобы Заявитель ходатайствует об участии в рассмотрении жалобы посредством видеоконференции.

Заявленное ходатайство удовлетворено.

Также в составе жалобы Заявитель ходатайствует о направлении в его адрес возражения Заказчика.

Заявленное ходатайство удовлетворено.

Заказчиком с исх. №259 от 13.05.2026 представлено возражение на жалобу, в котором указано следующее:

1. Закупка осуществляется в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья», направленного на оснащение учреждений родовспоможения и детства современным медицинским оборудованием. Плазменный стерилизатор приобретается для централизованного стерилизационного отделения (ЦСО) больницы и предназначен для низкотемпературной стерилизации термолабильных и термочувствительных медицинских изделий - оптических систем, эндоскопов, ультразвуковых датчиков, кабелей, имплантатов и инструментов для их установки.

Объём камеры ≥ 150 литров, заложенный в техническом задании, не является произвольным или избыточным требованием. Он определен исходя из:

- фактической номенклатуры стерилизуемых медицинских изделий учреждения (включая длинномерные эндоскопы и крупногабаритные оптические системы);

- количества выполняемых в учреждении хирургических, гинекологических и эндоскопических вмешательств;

- необходимости обеспечения непрерывности стерилизационного цикла в ЦСО при имеющейся клинической нагрузке.

В соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик при описании объекта закупки руководствуется правилами описания, исходя из своих потребностей. Завышение объёма камеры, обеспечивающее однократную загрузку всей подготовленной к стерилизации партии изделий, прямо отвечает целям рационального использования бюджетных средств и обеспечения непрерывности оказания медицинской помощи.

2. Часть 1.1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ устанавливает требование описывать объект закупки с использованием характеристик товаров российского происхождения при наличии таких товаров, удовлетворяющих потребностям Заказчика. Указанная норма не отменяет и не подменяет ч. 1 ст. 33, согласно которой описание объекта закупки производится исходя из потребностей Заказчика.

Применительно к настоящей закупке: в реестре российской промышленной продукции (РРПП) Минпромторга России отсутствуют плазменные стерилизаторы российского производства с полезным объёмом стерилизационной камеры ≥ 150 литров. Производимые в Российской Федерации плазменные стерилизаторы (в том числе серий PHS ПС-40, PHS ПС-150) имеют полезные объёмы стерилизационной камеры 50 и 110 литров соответственно, что не покрывает потребности Заказчика, обоснованные клинической нагрузкой учреждения. Указанное обстоятельство - не результат произвольного выбора Заказчика, а объективное состояние российского рынка медицинской техники на дату формирования технического задания. Сам

заявитель в своей жалобе подтверждает данный факт, указывая, что «фактически отсутствуют товары российского происхождения, соответствующие заявленным характеристикам».

На основании вышеизложенного Заказчик просит признать жалобу Заявителя необоснованной.

В результате рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки Комиссия УФАС установила следующее.

Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) 30.04.2026 размещено Извещение.

Начальная (максимальная) цена контракта – 8 700 000,00 рублей.

1. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.

Согласно части 1.1 статьи 33 Закона о контрактной системе при описании являющегося объектом закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), в отношении которого установлены предусмотренные пунктом 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе запрет, ограничение или преимущество, указываются характеристики товара российского происхождения.

Абзацем четвертым подпункта «а» пункта 7 Постановления Правительства Российской Федерации №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Постановление №1875) установлено, что, при осуществлении закупки товаров, указанных в позициях 1 - 433 приложения №2 к Постановлению №1875, предусмотрено декларирование в извещении об осуществлении закупки или в приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) факта отсутствия в реестре российской промышленной продукции такого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика, указание в описании объекта закупки характеристик товара, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции (далее - Реестр), а также включение в описание объекта закупки копии направленного до начала осуществления закупки в Минпромторг России уведомления об отсутствии закупаемого товара в реестре российской промышленной продукции, которое должно содержать информацию о заказчике (место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона) и о товаре, потребность в котором имеется у заказчика и который отсутствует в реестре российской промышленной продукции (наименование товара, код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), код товара по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предусмотренной правом Евразийского экономического

союза, и характеристики такого товара).

Комиссией УФАС установлено, что Товар включен в приложение №2 к Постановлению №1875.

Заказчик представил сведения, согласно которым на товарном рынке имеется как минимум два товара разных производителей: Стерилизатор плазменный "БАЛТСТЕР ®" по ТУ 32.50.12-034-61014306-2023 варианты исполнения: Стерилизатор плазменный «БАЛТСТЕР® - 3», АО "Медитек "Знамя Труда", Россия (Регистрационное удостоверение РЗН 2024/22835 от 04.06.2024); Стерилизатор плазменный низкотемпературный с принадлежностями варианты исполнения: LK/MJG-200 Лаокен Медикал Технолоджи Ко., Лтд., Китай (Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12487 от 13.01.2020), характеристики товаров которых соответствуют требованиям описания объекта закупки Извещения.

Комиссией УФАС установлено, что в Реестре отсутствует Товар с характеристиками, соответствующими потребности Заказчика.

Вместе с тем, в Извещении отсутствует копия направленного до начала осуществления закупки в Минпромторг России уведомления об отсутствии закупаемого Товара в Реестре.

Учитывая изложенное, Комиссия УФАС приходит к выводу, что действия Заказчика, не включившего в описание объекта закупки копию направленного до начала осуществления закупки в Минпромторг России уведомления об отсутствии закупаемого Товара в Реестре не соответствует требованиям части 1.1 статьи 33 Закона о контрактной системе, нарушают **пункт 1 части 2 статьи 42** Закона о контрактной системе и содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 7.30.1 КоАП, следовательно, жалоба является обоснованной.

Вместе с тем, исходя из сведений из протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), согласно которому на участие в закупке подано две заявки, признанные соответствующими требованиям Извещения, Комиссия УФАС приходит к выводу о том, что выявленные нарушения не повлияли на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия УФАС


РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «АПГРЕЙТ» обоснованной.
2. Признать действия Заказчика нарушение пункта 1 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе.
3. Обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе Заказчику не выдавать, поскольку выявленное нарушение не повлияло на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4. Передать должностному лицу Адыгейского УФАС России материалы дела №001/06/105-197/2026 для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об 2026-1142

административном правонарушении.


Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии



А.Г. Жуков

Члены комиссии:



Р.Х. Блягоз



Н.А. Клюкина